

FICHA TÉCNICA

Medtronic

PINZA PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA DE 5 MM

LAT-CO-SI(HW,VS&ES)-
013-RO

Página 1 de 3

1. Información General



| | |
|--|---|
| Producto (Según Registro Sanitario) | Electrosurgical Vessel Sealing Devices / Dispositivos Electroquirúrgicos De Sellado De Vasos |
| Nombre Comercial | LIGASURE BLUNT TIP 5MM Nano Coated™ |
| Marcas | Medtronic, Covidien, Ligasure, Impact, Advance, Bizact, Precise |
| Fabricante Legal | Covidien llc, 15 Hampshire Street, Mansfield, MA 02048 - USA |
| Número de Registro Sanitario | INVIMA 2019DM-0002329-R1 |
| Fecha de expiración del Registro Sanitario | 20-Diciembre-2029 |
| Clasificación del riesgo | IIA |
| Código GMDN | 56296 |

2. Especificaciones

| | |
|-------------------------------|--|
| Composición | Policarbonato, versaflex, Acrylonitrile butadiene styrene (ABS), acero inoxidable, cerámica, LNP, cycloloc T. |
| Presentación Comercial | Individual, Caja por 6 unidades, Caja por 12 unidades |
| Condiciones de Almacenamiento | Evitar la exposición prolongada a temperaturas elevadas |
| Método de esterilización | El instrumento no puede ser limpiado y/o esterilizado adecuadamente por el usuario para facilitar su reutilización segura, por lo tanto, está indicado para un solo uso. Cualquier intento de limpiar o esterilizar estos dispositivos sin la autorización normativa apropiada pueden resultar en bioincompatibilidad, infección o riesgos para el paciente, asociados a un fallo del producto. |

| Referencia | Descripción |
|---------------|---|
| LF1823 | Ligasure Blunt Tip Open Sealer/Divider Nano-coated 5 mm - 23 cm |
| LF1837 | Ligasure Blunt Tip Laparoscopic Sealer/Divider Nano-coated 5 mm - 37 cm |
| LF1844 | Ligasure Blunt Tip Laparoscopic Sealer/Divider Nano-coated 5 mm - 44 cm |

3. Descripción del Producto**Indicaciones de Uso**

El sellador/divisor LigaSure es un instrumento electroquirúrgico bipolar diseñado para su uso en procedimientos de cirugía abierta o mínimamente invasivos en los que se deseen ligar y dividir vasos, haces de tejidos y ganglios linfáticos. El sellador/divisor LigaSure se puede utilizar en vasos (arterias y venas) de hasta 7 mm inclusive. Está indicado para su uso en cirugía general y especialidades quirúrgicas como urológica, vascular, torácica y ginecológica. Los procedimientos pueden incluir, entre otros, funduplicatura de Nissen, colecistectomía, adherenciotomía, histerectomía, ooforectomía, etc.

ESPECIFICACIONES DEL INSTRUMENTO

- Longitud del eje 23,37,44 cm
- Diámetro del eje 5 mm
- Rotación del eje 180 grados
- Tipo de mandíbula: Roma con punta conformada en las dos mandíbulas para mejorar la capacidad de disección.
- Superficie de la mandíbula: Con textura y topes de cerámica
- Longitud de la mandíbula: 19,5 mm
- Apertura de las mandíbulas: 14,6 mm. Doble apertura
- Longitud de Corte: 17,8 mm

FICHA TÉCNICA

Medtronic

PINZA PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA DE 5 MM

LAT-CO-SI(HW,VS&ES)-
013-R0

Página 3 de 3

CARACTERÍSTICAS

- Longitud del eje 23,37,44 cm
- Diámetro del eje 5 mm
- Rotación del eje 180 grados
- Tipo de mandíbula: Roma con punta conformada en las dos mandíbulas para mejorar la capacidad de disección.
- Superficie de la mandíbula: Con textura y topes de cerámica
- Longitud de la mandíbula: 19,5 mm
- Apertura de las mandíbulas: 14,6 mm. Doble apertura
- Longitud de Corte: 17,8 mm
- Instrumento de un solo uso

**NOTA: PARA LA CORRECTA UTILIZACIÓN DEL DISPOSITIVO POR FAVOR LEER EL INSERTO
DEL PRODUCTO**

| | |
|---|-------------------|
| Originado por: Andrea Díaz Nombre: Andrea Díaz Cargo: Especialista de Producto SE&S | Fecha: 18/01/2023 |
|---|-------------------|